




AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

UOC Provveditorato Economato Gestione Logistica

Direttore ff : Dott.ssa Giuliana Gioffré

Prot. N. 20888

Del 22/02/2018

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI

Implementazione e aggiornamento del sistema di sterilizzazione STERRAD in dotazione alle sale operatorie dei PP.OO. dell'ASP di Catanzaro

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(art. 66, D.Lgs. 50/2016 e smi e Linee guida ANAC N. 8/2017)

Questa ASP deve procedere all'implementazione e aggiornamento del sistema di sterilizzazione STERRAD in dotazione alle sale operatorie dei PP.OO. dell'ASP di Catanzaro e nello specifico:

- 1) Acquisto di N. 2 nuove apparecchiature Sterrad 100 NX All Clear, con le caratteristiche tecniche minime descritte nell'Allegato e garanzia Full Risk, per il Blocco Operatorio del PO di Lamezia Terme
- 2) Manutenzione full risk per 24 mesi successivi ai primi 12
- 3) Dismissione di due apparecchiature "Sterrad 100 S" in dotazione;
- 4) Spostamento presso i Presidi Ospedalieri di Soverato e Soveria Mannelli delle due "Sterrad 100NX" in dotazione al blocco operatorio di Lamezia Terme".

Requisiti per la partecipazione

Sono ammessi a partecipare alle presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45, D.Lgs. 50/2016. Ai fini della partecipazione all'indagine di mercato in oggetto, gli operatori economici interessati devono possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza per l'invio della candidatura di cui al presente avviso:

- 1) **Essere abilitati sul MEPA per la fornitura di sterilizzatrici STERRAD**
- 2) **Di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016**
- 3) **Eventuale attestazione della casa madre di essere rivenditori esclusivi per i sistemi STERRAD nel territorio della Regione Calabria**
- 4) **Elenco delle principali forniture di sistemi STERRAD e materiale di consumo negli ultimi 3 anni**

Candidatura

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati dovranno presentare domanda di partecipazione all'UOC Provveditorato Economato e Gestione Logistica sita in Viale Pio X° (ex Villa Mater Dei) – 88100 Catanzaro, all'indirizzo PEC del RUP : abs.glp@pec.asp.cz.it, entro le ore 12:00 del **12/03/2018**

La domanda di partecipazione dovrà essere completa dei dati identificativi dell'operatore economico.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti sopra specificati.

Non saranno ammesse alla procedura:


- le candidature pervenute fuori termine
- gli operatori economici privi dei requisiti di partecipazione
- gli operatori economici non in grado di fornire sistemi di sterilizzazione Sterrad e relativo materiale di consumo


Gli operatori economici validamente candidati sulla base del presente avviso saranno invitati, in seconda fase, alla RDO sul portale MEPA per l'affidamento della fornitura in oggetto. Qualora risultasse confermata la circostanza che esiste un unico operatore economico in grado di fornire legittimamente quanto richiesto, questa UOC avvierà con il medesimo una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, c. 2, lett. B), punto 2 e punto 3, D.Lgs. 50/2016 e smi.

Il presente avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità negoziale, ma unicamente conoscitiva dell'assetto del mercato, dunque dell'esistenza di operatori economici interessati a diventare potenziali contraenti.

La presentazione delle richieste di manifestazione di interesse non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non vincola l'Azienda alla conclusione del procedimento, potendo essere sospeso, revocato, annullato o reindetto, con adeguata motivazione, senza che agli operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo.

F.to
IL RUP
Dr. Giuseppe Luca Pagnotta





**STERILIZZATRICE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO D'IDROGENO A BASSA
TEMPERATURA**

- Tecnologia a gas plasma di perossido di idrogeno
- Capacità camera di 150 litri di forma rettangolare con 2 griglie
- Apertura e chiusura con porta a scorrimento verticale automatico con azionamento a pedale o su display e sistema di antischiacciamento
- Ampio display touchscreen a colori con interfaccia grafica di navigazione
 - 4 cicli di sterilizzazione: standard, dedicato ad endoscopi flessibili, rapido per ottiche Da Vinci ed altre superfici (opzionale), dedicato ad endoscopi flessibili+telecamera e cavi luce (opzionale)
- Gestione sicura della soluzione H2O2 tramite cassette autocontenute, sigillate e con indicatori chimici di sicurezza
- Monitoraggio diretto della concentrazione H2O2 in camera e registrazione secondo per secondo di tutti i parametri critici del ciclo
- Documentazione conformità ISO 14937
- Possibilità di sterilizzare fino a 40 lumi per ciclo (canali singoli in acciaio diametro interno da 0,7 mm o più e lunghezza fino a 500 mm)
- Disponibilità di piattaforma on-line per verifica in tempo reale delle compatibilità dispositivi sulla base di quanto dichiarato dai produttori dei dispositivi stessi.
- Diagnostica pre-ciclo entro 5 min per verifica adeguatezza del carico (ad es. umidità dei dispositivi) per evitare cicli annullati in fase successiva, anche disattivabile dall'operatore
- Sistema di interfaccia per monitorare e gestire, anche da remoto, lo stato di utilizzo delle apparecchiature ad esso connesse: statistiche relative ai cicli di sterilizzazione, variazioni dello stato del sistema, tracciabilità esiti prove biologiche per ciascun ciclo effettuato tramite interconnessione macchina/incubatore.
- Lettura rapida di 30 min degli indicatori biologici con supporto computerizzato per la tracciabilità e la riduzione dell'errore umano.

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
Presidio Ospedaliero Unico
Direttore: Dott. Antonio Gallucci