



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

**U.O.C. ACQUISIZIONE
BENI E SERVIZI**

**Procedura Aperta per il noleggio con manutenzione full-risk e opzione di riscatto di N. 3
RESPIRATORI AUTOMATICI CON MONITOR per l'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di
Soverato.**

CIG 4996705368

ALLEGATO "A"
Caratteristiche tecniche minime

- **Adulti, bambini e neonati**
- **Doppio alloggiamento per vaporizzatori**
- **Ventilazioni minime richieste: Man e Spontaneo, CMV, PCV, SIMV, SIMV + PS, PS**
- **Monitor a colori integrato per la visualizzazione dei parametri respiratori, curve di pressione, curva di flusso, Loop respiratori, FiO2, gas freschi, con allarmi su tali parametri e per i comandi del ventilatore**
- **Dotato di trigger di flusso**
- **Compensazione della compliance e delle perdite per un sicuro utilizzo a bassi e bassissimi flussi**
- **Concertina ascendente ben visibile.**
- **Flussimetri digitali con massima accuratezza per bassi e bassissimi flussi, con sistema di prevenzione miscele ipossiche.**
- **Testata paziente facilmente smontabile e sterilizzabile**
- **Fonte di O2 supplementare di gas fresco regolata da flussimetro**
- **Uscita miscela gas per collegamento a va e vieni per manovre di induzione**
- **Presenza di batteria tampone con circa 30 min di autonomia in caso di mancanza di alimentazione elettrica.**
- **Sistema evacuazione gas presente con compensazione.**
- **Regolatore di vuoto integrato per la raccolta di liquidi biologici.**
- **Monitor a colori modulare con schermo di almeno 10" touch screen con comunicazione bed to bed anche wireless, per parametri emodinamici (anche invasivi) e gas completi per anestesia con analisi aritmie, dotato di registratore.**

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE _____