

U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO GESTIONE LOGISTICA

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE

Indagine preliminare di mercato e avviso volontario per la trasparenza ex ante per verificare l'effettiva esistenza sul mercato di un solo operatore in grado di fornire apparecchiature per endoscopia digestiva dedicate per l'U.O.C. di Chirurgia Generale del POLT.

Oggetto del servizio:

N.1 VIDEOPROCESSORE UHD4KEVISX1:

Fonte luce integrata con LED separati 5 colori distinti specifici selezionati con cura anche per quanto riguarda il loro coefficiente di assorbimento per l'emoglobina. Oltre la classica luce bianca, la combinazione di questi 5 Led consente di produrre diverse modalità di osservazione puramente ottica, come TXI (nuova luce bianca) l'NBI per la diagnosi di piccoli vasi della mucosa oppure l'RDI per il rilevamento di vasi della mucosa più grandi o macchie sanguinanti.

RIDUZIONE AUTOMATICA DELLA LUMINOSITÀ

PANNELLO TOUCH SCREEN: sistema di configurazione e gestione tramite Touch Screen sulla parte anteriore

CONNESSIONE ONE-TOUCH associabile ad endoscopi fornisce aria in pressione per le procedure di insufflazione endoscopica e di lavaggio tramite bottiglietta di servizio pressurizzata.

ULTRA HD 4K: risoluzione 4K UHD (Ultra HD) 3840x2160. numero di pixel 4 volte superiori al tradizionale standard HDTV mantenendo, in ogni caso, inalterato il rapporto di aspetto a 16:9.

FUNZIONE DI UPSCALING DEL SEGNALE IN 4K: garantisce compatibilità anche con strumenti delle precedenti serie in dotazione offrendo la funzione di upscaling: il segnale video dell'endoscopio collegato viene convertito alla risoluzione Ultra HD 4K 3840x2160.

Dicromatic Imaging: modalità di osservazione ottico-digitale che utilizza la luce a banda stretta dicromatica rossa ed ambra per enfatizzare la presenza di vasi più profondi della mucosa ed identificare con accuratezza eventuali punti di sanguinamento.

Funzionalità di PiP e/o PoP anche con segnale digitale HD-SDI.

N.3 VIDEO GASTROSCOPIO GIF-1100 HD TV EVIS X1

Immagini di alta qualità, con nuova sezione di controllo, diametro esterno del distale più piccolo per maggiore confort del paziente, funzione water jet frontale

Tubo di inserimento di diametro <9mm-funzione focus per distanza ravvicinata (<3 mm)-canale per lo strumento di 2,8 mm-

funzione getto d'acqua - Connettore impermeabile

Compatibile con funzioni di cromoendoscopia es. TXI (Texture and Color Enhancement Imaging), ROI (Red Dichromatic Imaging) e NBI (Narrow Band Imaging) per una diagnosi più precoce e precisa. Manipolo ergonomico con pulsanti per funzioni da assegnare.

N. 2 VIDEO COLONSCOPIO CF-HQ1100D/L HDTV Dual Focus

Diagnosi ottica ottimizzata con funzioni tipo Dual Focus e NBI, programmabili dal manipolo dello strumento che consentono una valutazione ottica delle lesioni di elevata affidabilità e precisione quali:

Particolare luce bianca—TXI (Texture and Color Enhancement Imaging),

RDI (Red Dichromatic Imaging) per facilitazione nell'identificazione punti sanguinamento e vasi profondi.

NBI (Narrow Band Imaging)

Funzione focus per distanza ravvicinata (<3mm)

Manipolo dal designer ergonomico con impugnatura ergonomica comoda e stabile, dal peso ridotto e compatto per avere maggiore facilità nel raggiungere le manopole di controllo dell'angolazione e gli interruttori dello strumento.

Dotato di RIT (Responsive Insertion Technology) che consente una più efficace risalita dello strumento lungo il colon.

Ampio angolo visivo > 160° Water Jet-Connettore impermeabile - UTILIZZO IN TERAPIA LASER e HF Lo strumento è totalmente compatibile con Laser Neodimio Yag e con procedure operative.

PROPRIETÀ OTTICHE: fibre incoerenti porta luce multipli per migliore luminosità

Diametro canale biotico > 3.5 mm; Diametro terminale distale <14mm; angolazioni tratto angolabile almeno 180°-180° Up-Down/160°-160° Right-Left; Lunghezza operativa > 1600 mm

N. 1 VIDEODUODENOSCOPIO TJF-Q190V

Con canale operativo > 4mm che consente l'agevole impiego di una vasta gamma di accessori Ridotta forza necessaria per il controllo dell'elevatore, facilitando l'incannulazione della papilla ed il posizionamento delle protesi.

Diametro della sonda (11.3 mm) -immagine di forma quadrata visione laterale con 15°.

Da utilizzare con cappuccio distale monouso che garantisce un precleaning più rapido ed efficace. High Force Transmission" (HFT). Il design della sonda assicura che la spinta e la torsione, esercitate dall'operatore, non si disperdano nella parte prossimale della sonda ma vengano trasmesse al distale.

Doppio sistema di bloccaggio del filo guida (centrale e laterale) che permette di aumentare le condizioni di riuscita dell'operazione
PROPRIETA' OTTICHE: direzione divisione Laterale15° retro Angolo di visione 100° Profondità di campo 5-60 mm Distanza minima visibile dell'accessorio dal distale 10 mm Fasci di fibre incoerenti portaluca1

In considerazione della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 1029 del 09.09.2021 ed in base alle analisi condotte dall'ASP di Catanzaro, risulterebbe che solo la Società OLYMPUS ITALIA S.r.l., offra i prodotti richiesti dalla stazione affidataria.

L'ASP Di Catanzaro, ai sensi dell'art. 63, c. 2, lett. b), n. 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prima di procedere all'affidamento dei dispositivi alla predetta Società OLYMPUS ITALIA S.r.l., in conformità ai principi di trasparenza, favor participationis e concorrenza, intende effettuare un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di ulteriori operatori economici da consultare, oltre a quello individuato in base alle conoscenze in proprio possesso.

Qualora non pervenga alcuna manifestazione di interesse - confermandosi, pertanto, la circostanza secondo cui la Società sopra indicata costituisca l'unico fornitore dei dispositivi descritti - l'Ente procederà a stipulare, ai sensi dell'art. 63, c. 2, lett. b), n. 2, del d.lgs. 50/2016, il contratto per l'acquisto dei dispositivi dalla società OLYMPUS ITALIA S.r.l..

Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati a manifestare a questo Ente l'interesse alla partecipazione alla procedura di gara.

La eventuale manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre 10 giorni naturali dalla pubblicazione della manifestazione di interesse al seguente indirizzo pec: gfls@pec.asp.cz.it e riportare quale oggetto il seguente: Indagine preliminare di mercato e avviso volontario per la trasparenza ex ante per verificare l'effettiva esistenza sul mercato di un unico operatore in grado di fornire quanto in oggetto.

Le richieste pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione. Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata costituisca l'unico operatore in grado di svolgere la fornitura descritta, questo Ente intende altresì, manifestare l'intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2, con l'operatore economico indicato. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

L'ASP di Catanzaro si riserva fin d'ora la libera facoltà di sospendere modificare o annullare la presente procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata.

Il Direttore

Dr. Nicola Voci

