



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO**



REGIONE CALABRIA

S.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica

CAPITOLATO TECNICO

RDO EVOLUTA APERTA MEPA N. 4676932/2024

OGGETTO DELL'APPALTO: ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI AUSILIO TECNICI ALLA POSTURA E LETTINO PER MAGNETOTERAPIA COMPLETO DI ACCESSORI, DA DESTINARE ALL'U.O.C. RECUPERO E RIABILITAZIONE – POLO INAIL DELL'ASP DI CATANZARO.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA – QUALITA' 80 – PREZZO 20.

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: PARI AD 26.000,00 + IVA

IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO (calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, d. lgs. n. 36/2023 e comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara) € 31.200,00 + IVA

LOTTI N. 2

LOTTO 1 – SISTEMI PER LA MOVIMENTAZIONE DEL PAZIENTE E LA PREVENZIONE DELLE LESIONI

CIG: B331A22953

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA PARI AD € 13.000,00 +IVA

DESCRIZIONE LOTTO	Quantità
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME Si tratta di cuscini di posizionamento che permettono di assumere varie posture, favorendo in particolare, la riduzione della pressione esercitata sulla pelle e sui tessuti a livello delle regioni anatomiche a rischio di piaghe da decubito. Sono indispensabili alla prevenzione della comparsa di schemi posturali patologici, di contratture, di lesioni da pressione, di complicanze respiratorie e vascolari. I cuscini dovranno essere realizzati: • in microsfere, in materiale autoestinguente contenute in una fodera, traspirante, antiscivolo, impermeabile, latex free. Inoltre le fodere dovranno essere provviste di chiusure saldate (no cuciture) per evitare la penetrazione di liquidi ed essere trattate per impedire, in modo sicuro, efficace e duraturo, la proliferazione di microrganismi (funghi, acari, batteri); • non devono essere previste fodere protettive aggiuntive; • pulizia e disinfezione devono essere possibili senza il bisogno di sfoderarli, con la garanzia di abbattimento del rischio di infezioni.	

• Devono essere biocompatibili e certificati per un contatto diretto con la pelle.	
Versione per posizionamento laterale 30° misure 180x55 cm circa	3
Versione per lo scarico della nuca misure 55x40 cm circa	20
Versione per lo scarico della nuca misure 35x25 cm circa	20
Versione per lo scarico degli arti inferiori misure 35x20 cm circa	10
Versione per lo scarico degli arti superiori misure 35x20 cm circa	10
Versione per lo scarico a livello della regione sacrale 135x80 cm circa	3
Versione per il mantenimento degli arti inferiori in abduzione 20x60 cm circa	20
Versione scarico del tallone misure 45x45 cm circa	10

LOTTO 2 – LETTINO PER MAGNETOTERAPIA COMPLETO DI ACCESSORI

CIG: B331A23A26

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA PARI AD € 13.000,00 +IVA

DESCRIZIONE LOTTO	Quantità
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME Lettino con due solenoidi (diametro da 60 a 80 cm circa) Solenoidi per arti inferiori Coppia di applicatori a bassa frequenza Campo magnetico statico Campo magnetico pulsato Frequenza da 0 a 160 Hz Intensità regolabile fino ad un massimo di 300 Gauss Disponibilità di almeno due modalità di lavoro: manuale ed attraverso programmi predefiniti Carrello dedicato su ruote, cassette	1

CRITERI DI VALUTAZIONE

QUALITA' 80 – PREZZO 20

GRIGLIA PUNTEGGI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

LOTTO 1 - SISTEMI PER LA MOVIMENTAZIONE DEL PAZIENTE E LA PREVENZIONE DELLE LESIONI	Punteggio Max
Rispondenza alle caratteristiche di minima specificate nel capitolato di appalto	Punti 40
Caratteristiche materiali di costruzione e funzionalità	Punti 20
Caratteristiche di biocompatibilità e prevenzione proliferazione microrganismi	Punti 10
Proposte migliorative	Punti 10
Totale punteggio	80

LOTTO 2 – LETTINO PER MAGNETOTERAPIA COMPLETO DI ACCESSORI	Punteggio Max
Rispondenza alle caratteristiche di minima specificate nel capitolato di appalto	Punti 40
Caratteristiche operative dell'apparecchiatura	Punti 20
Caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura	Punti 10
Proposte migliorative	Punti 10
Totale punteggio	80

Su determinazione della Direzione richiedente, il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48/80.

CAPITOLATO TECNICO TIMBRATO E SOTTOSCRITTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' E/O SUO DELEGATO CON PROCURA ALLEGATA.