

S.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica

CAPITOLATO TECNICO

RDO APERTA MEPA N. 4616863/2024

OGGETTO DELL'APPALTO: ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI – SISTEMI DI PRELIEVO VENOSO - PER LE UU.OO. DELL'ASP DI CATANZARO.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: MINOR PREZZO

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: PARI A 182.000,00 + IVA – FABBISOGNO BIENNALE

IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO (calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, d. lgs. n. 36/2023 e comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara) € 218.400,00 + IVA

CONSEGNA FORNITURA: DIFFERITA

LOTTO n. 1, UNICO ED INDIVISIBILE

LOTTO 1: SISTEMI DI PRELIEVO VENOSO

CIG: B2EE7403DD

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA PARI AD € 182.000,00 +IVA

DESCRIZIONE LOTTO	Quantità Biennale
SISTEMI DI PRELIEVO VENOSO I dispositivi per l'accesso venoso, sono costituiti da set monouso con ago a farfalla, adattatore per aghi e supporto porta provetta (camicia). I set di prelievo e i componenti devono essere tutti prodotti dalla stessa azienda, inoltre devono essere perfettamente compatibili con le provette sottovuoto per la raccolta ematica. I dispositivi per l'accesso venoso devono, inoltre, essere interamente latex free. I set di prelievo devono essere dotati di meccanismo di sicurezza al fine di rispondere al D.Lgs. n. 19 del 19/2/2014 “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione della ferita da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”. Il meccanismo di sicurezza deve essere parte integrante del dispositivo e non un accessorio e garantire isolamento totale e irreversibile del sistema rispetto	

	all'operatore. Il meccanismo di sicurezza non deve poter essere disattivato e deve assicurare la sua funzione protettiva anche durante e dopo lo smaltimento. Gli adattatori LUER dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 1. essere sterili al punto d'uso; 2. essere monouso; 3. per prelievi multipli. Il set con ago a farfalla dotato di meccanismo di sicurezza dovrà essere confezionato singolarmente, pre-assemblato e costituito da:	
1a	Ago a farfalla – 21G – per prelievo in acciaio inossidabile di grado medicale, lubrificato, pulito interamente ed esternamente con ultrasuoni con punta atraumatica a triplice affilatura, ad alta capacità di penetrazione, sterile, monouso; adattatore LUER removibile pre-assemblato, sterile, monouso.	340.000
1b	Ago a farfalla – 23G – per prelievo in acciaio inossidabile di grado medicale, lubrificato, pulito interamente ed esternamente con ultrasuoni con punta atraumatica a triplice affilatura, ad alta capacità di penetrazione, sterile, monouso; adattatore LUER removibile pre-assemblato, sterile, monouso.	40.000
1c	Ago a farfalla – 25G – per prelievo in acciaio inossidabile di grado medicale, lubrificato, pulito interamente ed esternamente con ultrasuoni con punta atraumatica a triplice affilatura, ad alta capacità di penetrazione, sterile, monouso; adattatore LUER removibile pre-assemblato, sterile, monouso.	4.000
1 d	Camicia standard	400.000

CAMPIONATURA

Le ditte concorrenti dovranno provvedere alla consegna, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, quale campionatura, n. 10 ago a farfalla 21 G + adattatori, da consegnare presso l'U.O.C. di Farmacia Interna del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme all'att.ne del Direttore dell'U.O. medesima, Dott. Aloe, avendo attenzione a riportare, sul plico esterno, il mittente, il numero della RdO MEPA, il lotto di riferimento dell'articolo a campione e l'oggetto di quanto viene consegnato.

CAPITOLATO TECNICO TIMBRATO E SOTTOSCRITTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' E/O SUO DELEGATO CON PROCURA ALLEGATA.