



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE
CATANZARO



REGIONE CALABRIA

CAPITOLATO TECNICO

RDO EVOLUTA APERTA MEPA N. 4661739/2024

OGGETTO DELL'APPALTO: ACQUISTO DI DISPOSITIVI/PRESIDI MEDICI VARI, DA DESTINARE ALLE UU.OO. CC. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI LAMEZIA TERME E SOVERATO.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA – QUALITA' 70 – PREZZO 30.

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: PARI AD 210.000,00 + IVA – FABBISOGNO BIENNALE

LOTTI N. 2

LOTTO 1 – SISTEMA FISSAZIONE ACROMION-CLAVEARE

CIG: B325B2C354

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA PARI AD € 110.000,00 +IVA

	DESCRIZIONE LOTTO	Quantità
1.a)	Sistema a sospensione formato da un bottone distale oblungo che misura circa 3,5 mm x 13 mm e uno prossimale tondo di diametro 10 mm, prodotti in titanio e legati fra loro da un filo #5 ad altissima resistenza meccanica che forma un loop a sospensione facilmente regolabile direttamente sul campo operatorio consentendo così una ottimale gestione della tensione. Questa tecnica fornisce una semplice, riproducibile e mini invasiva procedura della riparazione della lussazione acromio-clavicolare, consentendo un rapido ritorno all'attività. Questa procedura può essere effettuata sia in artroscopia che in chirurgia aperta.	10 pezzi
1.b)	Aghi liberi curvi in confezione con 3 diverse misure tra 27 e 40 mm di diametro che consentano il passaggio di suture da #0 a #2 di misura attraverso apposito occhiello	42 pezzi
1.c)	ANCORE IN TITANIO Ancora precaricata con due o più fili di sutura ad altissima resistenza di colore diverso, inseriti nel corpo dell'ancora, per un più facile riconoscimento in artroscopia, per mezzo dell'asola interna. Ancora a tutto filetto per migliorare la presa e la resistenza al "pull out" rispetto ad ancore con asole esterne parzialmente filettate, prevenendo così la possibilità di fuoriuscita dell'impianto soprattutto in presenza di tessuto osseo di scarsa qualità. Disponibile in titanio. Le suture in polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) e poliestere tutte con aghi premontati. Disponibile in diversi diametri: 4.5, 5.5, e 6.5 mm con lunghezza totale dell'ancora non superiore a 16.3 mm in titanio, non deve prevedere impiego di strumentario poiché non	

	necessaria la creazione di alloggiamento osseo preliminare in quanto auto performante e autofilettante. Può essere leggermente impattata all'inizio per favorirne l'introduzione nell'osso corticale.	
	Da 4,5 mm con filo di sutura ed ago premontato	50 pezzi
	Da 5,5 mm con filo di sutura ed ago premontato	50 pezzi
	Da 6,5 mm con filo di sutura ed ago premontato	50 pezzi
1.d)	CAMBRE IN NITINOL Cambre a basso profilo, non oltre i 2 mm di altezza del ponte per evitare prominenza, a memoria di forma in materiale nitinol per compressione di artrodesi e/o osteotomie mono o bicorticali per piccole articolazioni. Le cambre sono sterili, monouso e già posizionate sull'introduttore con meccanismo di rilascio delle stesse che consente di controllare manualmente l'apertura dei bracci della cambra, lo strumentario che comprende fresa, guida e impattatore deve essere sterile e monouso e consentire l'impianto della cambra in modo rapido e sicuro.	
	Cambra da 11mm x 10 mm	20 pezzi
	Cambra da 11mm x 15/12 mm	20 pezzi
	Cambra da 13 mm x 15/12 mm	20 pezzi
1.e)	Sistema di cerchiaggio in sola sutura, in polietilene ad altissima resistenza ideale per la gestione delle fratture. La sutura impiegata è una sutura piatta ad altissima resistenza realizzata in polietilene ad altissimo peso molecolare e non presenta componenti metalliche, radiotrasparente. Il sistema di bloccaggio è assicurato da un cappio auto bloccante per consentire il mantenimento della tensione prima di effettuare i nodi finali di fissazione. Almeno 2 colori differenti per la gestione di più cerchiaggi. Strumentario tendifilo in comodato d'uso gratuito.	
	Cerchiaggi	70 pezzi
1.f)	Viti a compressione cannulate a passo variabile Viti a compressione in titanio, cannulate e disponibili in diverse misure. Si tratta di viti senza testa, che riducono quindi il rischio di impingment e irritazione di tessuti molli. La caratteristica principale di queste viti è la differenza del passo della vite così come il fatto di avere un diametro esterno costante ma un diametro "interno" progressivo; aumentando gradualmente consente una compressione graduale ma molto efficace delle 2 superfici ossee. Sono utilizzate per il fissaggio di piccoli frammenti ossei, nello specifico in caso di frammenti osteocondrali, frammenti spugnosi, tarso e metatarsi, falangi, fratture intraarticolari, caviglia, omero prossimale, osteocondrite dissecante, fratture oblique del perone, chirurgia ricostruttiva del piede, fissaggio malleolare. Lo strumentario, fornito in comodato è facilmente utilizzabile grazie ai codici di colore degli strumenti associati ai colori delle viti di diverse misure. In confezione sterile	
	Viti da 2,5 mm diametro e lunghezza da 8 a 30 mm	30 pezzi
	Viti da 3,5 mm diametro lunghezza da 12 a 34 mm	70 pezzi
1.g)	Viti a rottura programmata vite in titanio per fissazione rapida per le procedure chirurgiche nei piccoli segmenti ossei, a rottura programmata, auto-perforante ed auto-filettante, per le procedure di osteotomia anche metatarsali (Weil, Chevron), e fissazione di piccoli frammenti ossei del piede, della caviglia, della mano e del polso.	
	Da 2 e 3 mm e diverse lunghezze	60 pezzi
1.h)	Shuttle in nitinol con loop finale	10 pezzi
	Fili di sutura liberi in polietilene ad altissima resistenza misura #2 (5 conf. Da 4)	20 pezzi
	Fili di sutura liberi in polietilene ad altissima resistenza misura #1 (12 conf. Da 4)	48 pezzi

	Fili di sutura liberi in polietilene ad altissima resistenza misura #0 (5 conf. Da 4)	20 pezzi
	Fili di sutura liberi in polietilene ad altissima resistenza misura #2-0 (5 conf. Da 4)	20 pezzi

LOTTO 2 – SISTEMA DI OSTEOSINTESI PERCUTANEA

CIG: B325B2D427

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA PARI AD € 100.000,00 +IVA

	DESCRIZIONE LOTTO	Quantità
2.a)	SISTEMI DI OSTEOSINTESI PERCUTANEA Sistema polifunzionale sterile monouso per l'osteosintesi percutanea con metodo dei fili metallici con capacità di fissaggio laterale a scatto fino a due coppie di fili orientabili in tutte le direzioni sul piano. Sistema composto da n.1 clip da 10 a 28 mm di diametro con n.1 clip molla centrale singola e due fili da 0,8 a 4 mm di diametro e lunghezza da 150 a 500 mm n.2 fili per il trattamento di fratture falangee e metacarpali, metacarpali di polso, spalla e gomito. Collo piede e sovra condiloidee di femore	70 pezzi
2.b)	Stessa descrizione sopra indicata composto da n. 1 clip da 10 a 28 mm di diametro con molla centrale doppia a quattro fili da 0,8 a 4 mm di diametro e lunghezza da 150 a 500 n. 1 clip m. per il trattamento di fratture falange e metacarpali di polso, spalla e n°4 fili	35 pezzi
2.c)	Sistema composto da n°2 clip da 10 a 28 mm di dimensione con doppia molla e quattro fili SS/TI da 0,8 a 4 mm di dimensione e lunghezza da 150 a 500 n° 2 clip mm. Per il trattamento di fratture degli arti superiore ed inferiore. n.4 fili	10 pezzi

CRITERI DI VALUTAZIONE

QUALITA' 70 – PREZZO 30

GRIGLIA PUNTEGGI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	Punteggio Max
Completezza dell'offerta	Punti 30
Ergonomia dello strumentario e semplicità d'uso	Punti 10
Assistenza post-vendita (reintegro materiale entro le 24h)	Punti 15
Assistenza tecnica in sala operatoria (presenza di specialist)	Punti 15
Totale punteggio	70

Su determinazione della Direzione richiedente, il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42/70.

CAPITOLATO TECNICO TIMBRATO E SOTTOSCRITTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' E/O SUO DELEGATO CON PROCURA ALLEGATA.