

ASP di Catanzaro UO Provveditorato Logistica Gestione Logistica

CAPITOLATO TECNICO

RDO APERTA MEPA N. 4601845/2024

OGGETTO DELL'APPALTO: ACQUISIZIONE DI N. 180 KIT PER IL POSIZIONAMENTO DI MEDLINE DA DESTINARE ALL'UOC DI CARDIOLOGIA CON UTIC DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME , ASP CZ, PER UN FABBISOGNO TRIENNALE.

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA PARI AD € 15.500,00 + IVA

LOTTO N.1, UNICO ED INDIVISIBILE

CRITERIO MINOR PREZZO

CIG: B2DCFA355A

Acquisto di n. 180 kit per il posizionamento di medline :

Caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni:

Le caratteristiche minime indicate in seguito sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza o la non conformità anche ad un solo dei parametri elencati, comporterà la non ammissione alla gara. Le aziende partecipanti dovranno presentare manuale operatore in lingua italiana e le schede tecniche illustrative di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni delle apparecchiature offerte, pena l'esclusione.

Indicazioni d'uso:

n. 180 kit per il posizionamento di medline dotati di: coprisonda con gel sterile e sistemi di fissaggio (elastici etc.); filo guida; siringa per posizionamento filo guida; introduttore peel away; cannula di media lunghezza; medicazioni per la salvaguardia della sterilità dell'accesso venoso; tappi a vite per la salvaguardia dell'accesso esterno.

ASP di Catanzaro UO Provveditorato Logistica Gestione Logistica

Tale presidio è di vitale importanza per evitare il più problematico accesso venoso profondo nei pazienti, spesso anziani ed immunodepressi, con difficoltà nel reperimento degli accessi comuni e periferici.

IL RUP

Dott.ssa Elisabetta De Paola

La firma è sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, Legge n. 549/1995

CAPITOLATO TECNICO TIMBRATO E SOTTOSCRITTO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' E/O SUO DELEGATO CON PROCURA ALLEGATA.