

**S.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica**

**CAPITOLATO TECNICO**

**PROCEDURA NEGOZIATA: SB\_PA\_11**

**OGGETTO DELL'APPALTO: ACQUISTO DI DISPOSITIVO VENOSO CENTRALE (PORT-a-CATH) DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME.**

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA – QUALITA' 80 – PREZZO 20.**

**IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: PARI AD 90.000,00 + IVA – FABBISOGNO TRIENNALE**

**IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO (calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, d. lgs. n. 36/2023 e comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara) € 108.000,00 + IVA**

**CONSEGNA FORNITURA: DIFFERITA**

**LOTTO 1 UNICO ED INDIVISIBILE**

**LOTTO 1 UNICO ED INDIVISIBILE – Dispositivo venoso centrale (PORT-a-CATH)**

**CIG: BBF6F6F852**

**IMPORTO POSTO A BASE DI GARA PARI AD € 90.000,00 + Iva**

| LOTTO 1,<br>unico ed<br>indivisibile | DESCRIZIONE LOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANTITA'<br>TRIENNALE |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                      | <p>Dispositivo venoso centrale totalmente impiantabile composta da una camera in titanio con setto di silicone autosigillante, catetere in poliuretano o silicone.</p> <p>Il profilo della camera deve essere atraumatico con angoli smussati.</p> <p>Il catetere deve essere di almeno Fr.6.5 ~ 8 Fr. <math>\geq</math> 60 cm, che può sopportare pressioni di iniezioni <math>\geq</math> 5 ml/s e 300 ~ 350 psi.</p> <p>Presenza di un anello di connessione radiopaco che consente di valutare l'esatto posizionamento.</p> <p>Accessori richiesti: introduttore peel-away, guida a J con spingiguia ergonomico, tunnellizzatore, ago ecogeno in acciaio inossidabile non carotante che permette migliaia di accessi in sicurezza, angolato a 90° provvisto di alette per la stabilizzazione sulla cute.</p> <p>L'ago deve avere un meccanismo di sicurezza che evita le punture accidentali e deve garantire una velocità di infusione di almeno 5 ml/sec.</p> <p>Ammesso e gradito KIT per venipuntura ecoguidata.</p> <p>Il sistema deve essere compatibile per tecnica ECG intracavitario.</p> <p>CND CO10203</p> | 600 pezzi              |

## CRITERI DI VALUTAZIONE

### **QUALITA'/PREZZO 80/20**

|   | PARAMETRI SOGGETTI A VALUTAZIONE                                                                                                     | PUNTEGGIO MAX |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Eccellenza e profilo tecnologico della camera impiantabile                                                                           | 20            |
| 2 | Performance strutturale e bio-compatibilità del catetere                                                                             | 20            |
| 3 | Efficienza operativa e design ergonomico dell'introduttore                                                                           | 15            |
| 4 | Sostituzione dei prodotti prossimi alla scadenza                                                                                     | 10            |
| 5 | Affidabilità e precisione del cavo di connessione ECG intracavitario                                                                 | 10            |
| 6 | Integrità e sicurezza del confezionamento (primario e secondario)                                                                    | 2             |
| 7 | Supporto strategico e continuità (servizi offerti dalla ditta: assistenza promozionale scientifica, assistenza tecnica post vendita) | 3             |
|   |                                                                                                                                      |               |
|   | Totale punteggio                                                                                                                     | 80            |

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati nelle **Tabelle criteri di valutazione su riportate**.

A ciascuno dei parametri (giudizio) verrà attribuito un coefficiente, sulla base del metodo attribuzione discrezionale, variabile da 0,2 ad uno da parte della Commissione giudicatrice, come da tabella di seguito descritta. Il coefficiente assegnato sarà moltiplicato per il punteggio massimo disponibile per ogni elemento qualitativo.

| Giudizio    | Coefficiente di valutazione |
|-------------|-----------------------------|
| ottimo      | 1,0                         |
| distinto    | 0,8                         |
| buono       | 0,6                         |
| discreto    | 0,4                         |
| sufficiente | 0,2                         |

La Commissione calcola l'offerta tecnica in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente da applicare al medesimo.

Per la valutazione tecnica verranno presi in esame, schede tecniche e depliant in stampa originale ed in lingua italiana e campioni dei prodotti offerti. La documentazione per la valutazione di qualità deve essere completa di elenco dettagliato dei codici prodotto componenti il sistema come offerto.

Eventuali relazioni tecniche appositamente confezionate, relative a caratteristiche non riportate in scheda tecnica o depliant editi in stampa originale, non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione di qualità.

**Su determinazione della Direzione richiedente, il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48/80.**

### **CAMPIONATURA**

Gli Operatori Economici partecipanti dovranno provvedere alla consegna, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, campionatura gratuita per la valutazione pratica dei prodotti offerti, da consegnare presso l'U.O.C. di Farmacia Interna del Presidio Ospedaliero via Arturo Perugini snc, 88046 Lamezia Terme (CZ) all'att.ne del Direttore dell'U.O. medesima, Dott.ssa Micaela Scalese, avendo attenzione a riportare, sul plico esterno, il mittente, il numero della procedura, il lotto di riferimento dell'articolo a campione e l'oggetto di quanto viene consegnato.

**CAPITOLATO TECNICO TIMBRATO E SOTTOSCRITTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' E/O SUO DELEGATO CON PROCURA ALLEGATA.**