



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CATANZARO



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

PRESIDIO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME

Servizio di Farmacia Interna

Tel. 0968 208538 fax 0968 463083

REGIONE CALABRIA

VERBALE ATTI COMMISSIONE DI GARA RDO 5405541/2025:ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI AGHI CANNULA, DA DESTINARE ALLE UU.OO. ASP DI CATANZARO.

Il giorno 27 agosto 2025, alle ore 14:00, presso i locali della Farmacia POLT, si riunisce la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche di cui all'RDO 5405541.

Presiede la Commissione la Dott.ssa Micaela Scalese, sono presenti i componenti di commissione Dott. Angelo Bonaddio e Dott. Pietro Giampà;

Si procede alla disamina della documentazione, alla valutazione delle offerte pervenute ed alla analisi della campionatura.

Si esprimono i punteggi di seguito riportati.

Lotto 1 : LUME SRL

GRIGLIA PUNTEGGI

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI	PUNTEGGIO MAX 70
Caratteristiche del catetere privo di memoria (antiginocchiamento).	5
Grado di sicurezza del meccanismo di protezione totale dell'ago, capacità di protezione e facilità di attivazione.	10
Tempi di permanenza in situ da 1 a 10 punti	10
Maneggevolezza. Tempi di inserimento butterfly	13
Facilita' di penetrazione dell'ago, atraumaticità e scorrevolezza.	10
TOTALE	48

LOTTO 1: BECTON E DICKINSON

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI	PUNTEGGIO MAX 70
Caratteristiche del catetere privo di memoria (antiginocchiamento).	10
Grado di sicurezza del meccanismo di protezione totale dell'ago, capacità di protezione e facilità di attivazione.	20
Tempi di permanenza in situ da 1 a 10 punti	10
Maneggevolezza. Tempi di inserimento butterfly	20
Facilita' di penetrazione dell'ago, atraumaticità e scorrevolezza.	20
TOTALE	80

LOTTO 2: FAS HOSPITAL

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI	PUNTEGGIO MAX 70
Caratteristiche del catetere privo di memoria (antiginocchiamento).	10
Grado di sicurezza del meccanismo di protezione totale dell'ago, capacità di protezione e facilità di attivazione.	20
Tempi di permanenza in situ da 1 a 10 punti	10
Maneggevolezza. Tempi di inserimento butterfly	20
Facilità di penetrazione dell'ago, atraumaticità e scorrevolezza.	20
TOTALE	80

LOTTO 2: FARMAC ZABBAN

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI	PUNTEGGIO MAX 70
Caratteristiche del catetere privo di memoria (antiginocchiamento).	10
Grado di sicurezza del meccanismo di protezione totale dell'ago, capacità di protezione e facilità di attivazione.	10
Tempi di permanenza in situ da 1 a 10 punti	5
Maneggevolezza. Tempi di inserimento butterfly	10
Facilità di penetrazione dell'ago, atraumaticità e scorrevolezza.	13
TOTALE	48

La commissione conclude i lavori alle ore 16:00.

Il Presidente

Dott.ssa Micaela Scalese



Il Componente

Dott. Pietro Giampà



Il Componente - Segretario Verbalizzante

Dott. Angelo Bonaddio

